

Monitor epidural: puede utilizar el catéter con tubuladura y líquido o el de fibra óptica (fibra óptica de Ladd) está cuestionada la exactitud de este dispositivo (Ivan 1983).

## Bibliografía

Ivan, L P, y A Badejo. 1983. Clinical and experimental observations with fontanel pressure measurements. Child's Brain 10, nº. 6: 361-368.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN  
**1988-2661**

Permanent link:

[https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=monitor\\_epidural\\_ladd](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=monitor_epidural_ladd)

Last update: **2025/05/04 00:03**

