

Este sistema tiene la capacidad de adquirir imágenes multiplanares intraoperatoriamente con el paciente posicionado para la cirugía. El Iso-C adquiere las imágenes rotando 190° alrededor del paciente. Pueden ser registradas hasta 3 vértebras adyacentes. Los datos son transferidos al sistema de navegación, que realiza automáticamente el registro de los datos.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=navegacion_con_fluoro_iso-c_3d

Last update: **2025/05/03 23:58**

