

La obstrucción del catéter es una complicación que en neurocirugía está frecuentemente relacionada con la obstrucción del paso del líquido cefalorraquídeo a través de su luz por diversos factores.

Los catéteres de derivación no puede calificarse de “inertes” o “biotolerables”. Más bien, deben considerarse como “bioactivos” (Eymann y col., 2012).

## Bibliografía

Eymann, Regina, Yoo-Jin Kim, Rainer Maria Bohle, Sebastian Antes, Melanie Schmitt, Michael Dieter Menger, and Michael Kiefer. 2012. “Microstructural Alterations of Silicone Catheters in an Animal Experiment: Histopathology and SEM Findings.” *Acta Neurochirurgica. Supplement* 113: 87–90. doi:10.1007/978-3-7091-0923-6\_18.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

[https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=obstruccion\\_del\\_cateter](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=obstruccion_del_cateter)

Last update: **2025/05/04 00:00**

