

El aumento de la estabilidad de la instrumentacion lumbosacra con tornillos en el ala sacra S2 es una alternativa al [tornillo iliaco](#).

El punto de entrada para tornillos al ala S2 es caudal al foramen S1 posterior, cerca de la cresta sacra lateral.

Requiere una angulación de 30-45 ° en el plano axial.

La fijación bicortical es deseable

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=tornillo_s2

Last update: **2025/05/04 00:01**

